

Questions and Answers / Questions et Réponses

No./N°

1

Project Description / Description de projet Digital Gas Manifolds / Collecteurs de gaz numériques		
Solicitation No./ N° de sollicitation RFP 23-58285	Project No./N° de projet	W.O. No./N° d'ordre de travail
Departmental Representative / Représentant Ministériel Mike Cox	Date 19 April, 2024	
Notice: This Q&A shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the RFP.		Avis: Cet Q&R fait partie intégrale des dossiers d'appel d'offres; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec la DDP.

Q1. How many cylinders will be connected to each manifold?

A1. Per Annex A, Statement of Requirements, section 3, there are a total of two liquid Dewars in total.

Q2. Please advise if weather-proof cabinets are needed.

A2. No, they are not required.

Q1. Combien de cylindres seront connectés à chaque collecteur?

R1. Conformément à l'annexe A, Énoncé des besoins, section 3, il y a un total de deux Dewars liquides au total.

Q2. Veuillez indiquer si des armoires résistantes aux intempéries sont nécessaires.

R2. Non, ils ne sont pas obligatoires