

Questions and Answers / Questions et Réponses

No./N°

2

Project Description / Description de projet		
Acquisition of Environmental Chambers Cyclic		
Acquisition de chambres environnementales cycliques		
Solicitation No./ N° de sollicitation	Departmental Representative / Représentant Ministériel	Date
23-58250-B	Stéphane Lajoie, stephane.lajoie@nrc-cnrc.gc.ca	Jun 5, 2024 5 juin 2024
Notice:		Avis:
This Q&A shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the RFP.		Cet Q&R fait partie intégrale des dossiers d'appel d'offres; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec la DDP.

*Le français suit

Q1. Could you please let us know your preferred voltage and phase?

A1. We prefer 120V/ 1 phase for the existing outlets.

=====

Q1. Pourriez-vous nous indiquer la tension et la phase que vous préférez ?

R1. Nous préférons 120V/ 1 phase pour les prises existantes.